



Roma, 2 marzo 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00058

**Oggetto: Prodotti (filtri) impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale**

Si ritiene utile, allo scopo di darne la massima diffusione, trasmettere la Circolare del 28 febbraio 2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico, in materia di filtri utilizzati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale (allegato n.1).

I prodotti in questione non rientrano nella definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 46/97 e, pertanto, l'eventuale marchio CE deve essere eliminato dalle aziende fabbricanti sia dai filtri che da eventuali stampati.

Cordiali saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Schito